



numer sprawy: OR-III.271.1.20.2021

Gorlice, 09.06.2021 r.

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: **Modyfikacja treści opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego jako wyposażenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów w Gorlicach.**

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:

- a) w zakresie urządzenia (bieżni rehabilitacyjnej) określonego w ust. 1.1. pkt 4 zaproszenia i w pkt. 4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Specyfikacji) stanowiącego zał. nr 1 do zaproszenia – zamawiający **dopuszcza bieżnię rehabilitacyjną o następujących parametrach: wymiary pasa bieżni – min 120 x 40 cm, moc urządzenia – min 1,5 KM, min. 1 program treningowy.** Uwzględniając powyższe dopuszczenia w zakresie wymiarów pasa bieżni, mocy urządzenia i programów treningowych, urządzenie musi spełniać pozostałe parametry określone w załączniku do zaproszenia – Specyfikacji - szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
- b) w zakresie urządzenia (fotela masującego) określonego w ust. 1.1. pkt 14 zaproszenia i w pkt. 14 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Specyfikacji) stanowiącego zał. nr 1 do zaproszenia – zamawiający **dopuszcza fotel masujący o następujących parametrach: sterowanie poprzez wbudowany panel sterowania, brak wymogu funkcji regulacji czasu trwania masażu.** Uwzględniając powyższe dopuszczenia w zakresie sterowania i braku wymogu funkcji regulacji czasu trwania masażu, urządzenie musi spełniać pozostałe parametry określone w załączniku do zaproszenia – Specyfikacji - szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Powyższa modyfikacja jest dla wykonawców wiążąca.

Z up. BURMISTRZA

Daniel Janeczek
Wiceburmistrz Miasta

.....
(podpis kierownika zamawiającego)